

**Statistické metody používané při zkoušení
způsobilosti mezilaboratorním porovnáním****ČSN
ISO 13528
OPRAVA 1
01 0248**

Corrigendum

ČSN ISO 13528 (01 0248) Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáním z listopadu 2017 se opravuje takto:

V článku 9.5.1 se první věta opravuje takto:

Tam, kde je předmětem zájmu i nejistota vztažné hodnoty $u(x_{pt})$, například když $u(x_{pt}) > 0,3\sigma_{pt}$, může se tato nejistota započítat do jmenovatele skóre výkonnosti.

V článku 9.5.1 se vzorec 15, v anglické i české části, opravuje takto:

$$z'_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + u^2(x_{pt})}}$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o. p. s., IČO 25677675, Ing. Eva Klokočnicková,
spolupráce: doc. Ing. Zbyněk Plizák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 4 Aplikace statistických metod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN ISO 13528 OPRAVA 1

505460



ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2018, 2 strany
Cenová skupina 998

