

**Oční optika – Brýlové obruby –
Požadavky a zkušební metody****ČSN
EN ISO 12870
OPRAVA 1**

19 5107

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 12870:2004/AC:2005-03.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 12870:2004/AC:2005-03.

ČSN EN ISO 12870 (19 5107) Oční optika – Brýlové obruby – Požadavky a zkušební metody z dubna 2005 se opravuje takto:

Titulní strana ČSN EN ISO 12870**Nahrazení předchozích norem**

Text článku se doplňuje takto:

„Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9456 (19 5102) ze září 1997 a ČSN EN ISO 12870 (19 5107) z prosince 1998.“

Titulní strana EN ISO 12870

Poznámka o nahrazení se doplňuje takto:

„Nahrazuje EN ISO 9456:1996 a EN ISO 12870:1997.“

Předmluva

Doplňuje se „EN ISO 9456:1996“ k poznámce o nahrazení následovně:

„Tento dokument nahrazuje EN ISO 9456:1996 a EN ISO 12870:1997.“

Doplňuje se následující poznámka:

„POZNÁMKA Odchytky typu A jsou uvedeny v Příloze ZB (informativní)“

Příloha ZA

Doplňuje se následující tabulka ZA.1:

Tabulka ZA.1 – Soulad mezi touto evropskou normou a směrnicí 93/42/EEC

Kapitoly/články této mezinárodní normy	Základní požadavky směrnice 93/42/EEC	Kvalifikované postřehy/poznámky
Celá tato norma	I.1, I.2	
4	1.3	Zkoušení podle článků 5,6,7a 8.
4.2	I.6, II.7.1, II.7.2	Zkoušení podle článku 8.8
4.2.2	II.7.5	Zkoušení podle článku 8.8; Požadavek podle 4.2.2 (tj. 0,5 µg/cm ² /týden je požadavkem směrnice 94/27/EEC Zkouška článku 8.8 se vztahuje na EN 1811:1999 (harmonizovaná v souladu se směrnicí 94/27/EEC) a ENV 14027:2001.
4.7	II.7.1	Zkoušení podle článku 8.3
4.8.2	II.7.3, II.9.1	Zkoušení podle článku 8.4
4.9	II.7.1, II.9.3	Zkoušení podle článku 8.6
4.10	I.4	Zkoušení podle článku 8.7
9.10	II.13.1, II.13.3	V předešlém vydání (EN ISO 12870:1997) byl odkaz na EN ISO 9456. V revidované EN ISO 12870 byly odpovídající požadavky EN ISO 9456 převzaty (tabulka 3 EN ISO 12870)

Příloha ZB

Doplňuje se následující příloha ZB:

Příloha ZB (informativní)

Odchytky typu A

Odchytky typu A: Národní odchytky, týkající se předpisů, jejichž změny jsou v současné době mimo kompetenci členů CEN/CENELEC.

Tato evropská norma nepadá pod směrnici EU. V dotyčných zemích CEN/CENELEC platí tyto odchytky typu A namísto ustanovení evropské normy tak dlouho, než budou zrušeny.

Legislativní situace v Německu vyžaduje, aby byla jednotka „dioptrie“ označovaná značkou „dpt“ namísto „D“.

Toto je nutné, aby se zamezilo sporům se stanovami základních mezinárodních norem ISO 1000 o symbolech a jednotkách s existujícím závěrem CGPM (Ústřední konference pro jednotky míry a hmotnosti).

Označení zákonného a správního předpisu:

- Zákon o jednotkách v metrologii-měříčství z 02. 07. 1969 ve znění z 22. 04. 1985; a
- Prováděcí nařízení k zákonu o jednotkách v metrologii (nařízení o jednotkách – EinhV) z 13. 12. 1985, paragraf 1 a příloha 1, č. 9.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 12870 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.
Rok vydání 2005, 2 strany
Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

73934 Cenová skupina 403



8 590963 739342