

**Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 10-2: Nadměrné teplo –
Zkouška kuličkou****ČSN
EN 60695-10-2
OPRAVA 1
34 5615**

idt IEC 60695-10-2:2003/Cor.1:2006-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60695-10-2:2004 je českou verzí opravy IEC 60695-10-2:2003/Cor.1:2006-02. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60695-10-2:2004 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60695-10-2:2003/Cor.1:2006-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60695-10-2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou z července 2004 se opravuje takto:

strana 7

Článek 7.1

Namísto druhé věty prvního odstavce:

Pec a držák zkušební vzorku se musí udržovat na zkušební teplotě po dobu 24 h nebo do dosažení teplotní rovnováhy (podle toho, co nastane dříve).

platí:

Pec, držák zkušební vzorku a zatěžovací zařízení se musí udržovat na zkušební teplotě po dobu 24 h nebo do dosažení teplotní rovnováhy (podle toho, co nastane dříve).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60695-10-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79005 Cenová skupina 403

